



GKil.272.1.167.2017.EZ

Czernica, dnia 20.11.2017 r.

Wykonawcy w postępowaniu:
nr GKil.272.1.167.2017.EZ

Dotyczy: Zapytania ofertowego: „Zakup wraz z dostawą defibrylatora AED z torbą lub w walizce wraz z oznakowaniem miejsca przechowywania dla potrzeb Urzędu Gminy Czernica”.

Zamawiający informuję, o pytaniach, jakie wpłynęły od Wykonawców oraz o odpowiedziach, jakich udzielił Zamawiający:

1. Pytanie:

dotyczy: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje sprzęt spełniający minimalne parametry punkt 4.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawca zaoferował defibrylator AED bez możliwości pracy w trybie szkoleniowym jednocześnie oferując dodatkowo niezależny defibrylator szkoleniowy będący wierną kopią urządzenia medycznego?

Wykorzystywanie do celów szkoleniowych urządzenia, które posiada wbudowany moduł szkoleniowy generuje dodatkowe koszty eksploatacyjne, ponieważ nawet w trybie do nauki AED wykorzystuje tę samą baterię. Takie rozwiązanie pozostawia ryzyko, że bateria wykorzystywana na szkolenia nie będzie miała wystarczającego poziomu naładowania w chwili zagrożenia życia. Szczególną uwagę należy zwrócić również na fakt, iż urządzenie medyczne powinno być stale dostępne w miejscu jego instalacji, aby uniknąć ryzyka, że zabraknie go podczas akcji ratowania życia. Niezależne urządzenie treningowe (kopia medycznej wersji) to w naszym odczuciu zdecydowanie korzystniejsze rozwiązanie przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa, jak i kosztów eksploatacji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty cenowej na defibrylator, który posiada niezależny defibrylator szkoleniowy, będący wierną kopią urządzenia medycznego.

2. Pytanie:

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu aby defibrylator posiadał możliwość pracy w trybie szkoleniowym za pomocą elektrod treningowych. Podkreślić należy że wymagany przez Zamawiającego parametr jest niebezpieczny dla użytkowników i niezgodny z zasadą uczciwej konkurencji, bowiem tylko jeden oferent firma Philips spełnia wymagany parametry.

Do celów szkoleniowych możemy zaoferować dodatkowo bezpieczny w użyciu defibrylator treningowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty cenowej defibrylatora, który nie będzie posiadał pracy w trybie szkoleniowym za pomocą elektrod treningowych, oferując dodatkowo do celów szkoleniowych defibrylator treningowy.

3. Pytanie:

Dotyczy punktu 4.

Czy Zamawiający dopuści renomowanej marki DEFIBRYLATOR AED, który posiada osobny defibrylator szkoleniowy niezależnie od prawdziwego defibrylatora AED ? Sugerujemy stosowanie dwóch niezależnych urządzeń ze względu na fakt, iż podczas akcji ratowniczej, działając w stresie i pod presją czasu, obsługujący defibrylator może nieświadomie pracować w trybie szkoleniowym, a wtedy defibrylator nie wyzwoli prawidłowo energii i impulsu defibrylującego w kierunku poszkodowanego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty cenowej na defibrylator, który posiada osobny defibrylator szkoleniowy.

4. Pytanie:

Dotyczy punktu 5.

Czy Zamawiający dopuści renomowanej marki DEFIBRYLATOR AED, który posiada elektrody uniwersalne dla dorosłych i dzieci w wieku powyżej 8 lat i wadze powyżej 25 kg i dedykowane niezależne elektrody pediatricznej dla dzieci w wieku 1-8 lat i wadze poniżej 25 kg bez konieczności stosowania „klucza pediatricznego” ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty cenowej na defibrylator posiadający elektrody uniwersalne i dedykowane niezależne elektrody pediatricznej bez konieczności stosowania „klucza pediatricznego”.

Z up. WÓJTA
mgr inż. Marian Zaráś
SEKRETARZ
GMINY CZERNICA